

## CERTIFICADO DE ESTERILIDAD

Bolsa con Filtro x 1500 ml

Código: BCFM-1500

Vencimiento: 3 años posteriores a la fecha de esterilización

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bolsa de muestreo estéril de polietileno de baja densidad (LDPE) con un filtro de membrana de PET para la homogenización de productos y para simplificación en la toma de muestras que contienen grandes cantidades de residuos y/o sustancias semi-sólidas o sólidas. Previene el bloqueo de la pipeta y la distribución irregular en la placa.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Apertura	Manual, sin cierre.
Impresión	Material no impreso.
Esterilización	Radiación Gamma a 25 Kgy.
Especificaciones del Filtro	Membrana de PET que permite el flujo óptimo de la mezcla entre compartimentos, tamaño del poro: 330 $\mu$ m.
Volumen	1500 ml.
Dimensiones	188 mm x 300 mm
Espesor	65 $\mu$
Regulación FDA	Cumplen con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos - 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a, (c) 3.2a y 178.2010 y las de la UE N° 10/2011 para su uso en contacto con los alimentos.

**ESPECIALISTAS EN PROCESOS DE FILTRACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD**

Buenos Aires, Uruguay 830, Tigre

Mendoza Lateral Norte Acc. Este 1780, Guaymallén

[www.microclar.com](http://www.microclar.com) - [info@microclar.com](mailto:info@microclar.com) - 0810-555-MICRO (64276)

Microclar Argentina S.A.  
es una empresa con  
CERTIFICACIÓN ISO  
9001:2015

